

Сведения об устранении выявленных нарушений в предписании от 11.10.19 г.
выданного Управлением Роспотребнадзора.

Наименование выявленных нарушений в предписании	Отметка об устранении нарушений	дата устранения	Ответственный за устранение
На четвертом уровне «холодовой цепи» проводить отмутку показаний термометров в холодильнике для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов ежедневно 2 раза в день в рабочие дни	устранено	11.10.2019	врач
Вести учет поступления и расхода иммунобиологических лекарственных препаратов	устранено	11.10.2019	врач
Вести журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок.	устранено	11.10.2019	врач
Вести журнал учета профилактических прививок формы 064/у	устранено	11.10.2019	врач
Привести в исправное состояние смеситель умывальной раковины в кабинете приема врача	устранено	16.10.2019	заведующий
Выполнить остекление оконной рамы в процедурном кабинете медблока.	устранено	30.12.2019	заведующий

Заведующий  А.Ю. Горелова

10.01.2020 г.

